INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Guia rápido para laboratório

Um comprimido. 250 ml de solução descontaminante fresca.

A solução azul-clara permite identificar as áreas molhadas.

DOSAGEM	SOLUÇÃO	TEMPO DE CONTACTO
1 tablet / 250 ml	azul-claro	60 s

01 PREPARAR | Quatro passos simples

01
Colocar 250 ml de água destilada num recipiente limpo.

02
Esmagar suavemente o comprimido na embalagem fechada.

03
Abrir a embalagem e transferir todo o pó para a água.

04
Mexer ou agitar até dissolver completamente.

02 APLICAR | Pulverizar · Limpar · Imergir

Pulverizar: molhar uniformemente. Limpar: usar um pano limpo humedecido.

Imergir: cobrir completamente as peças pequenas adequadas.

60 segundos de contacto · Manter húmido · Limpar depois

03 COMPATIBILIDADE DOS MATERIAIS TESTADOS

Metais	Aço inoxidável · prata · prata banhada a ouro
Vedantes	Silicone · EPDM
Plásticos	Polipropileno (PP) · tubos PCR · acrílico/PMMA
Vidro	Vidro de laboratório

Resultado: sem fissuras, turvação ou fadiga dos materiais nas condições testadas.

04 PREPARAÇÃO E SEGURANÇA

Registar a data de preparação. Não acrescentar à solução antiga.

Após 14 dias, prolongar o contacto conforme critério do experimentador.

Solução de uso: biodegradável · não tóxica · não corrosiva · sem vapores tóxicos.

Usar óculos de proteção e luvas adequadas. Consultar a FDS.

DÚVIDAS DE UTILIZAÇÃO?

Informações e FAQ: www.dn-x.de