UPUTE ZA UPORABU

Kratke upute za laboratorij

Jedna tableta. 250 ml svježe otopine za dekontaminaciju.

Svijetloplava otopina olakšava prepoznavanje vlažnih površina.

DOZIRANJE	OTOPINA	VRIJEME KONTAKTA
1 tablet / 250 ml	svijetloplava	60 s

01 PRIPREMA | Četiri jednostavna koraka

01
Ulijte 250 ml destilirane vode u čistu posudu.

02
Pažljivo zdrobite tabletu u zatvorenom pakiranju.

03
Otvorite pakiranje i prenesite sav prah u vodu.

04
Miješajte dok se potpuno ne otopi.

02 PRIMJENA | Prskanje · Brisanje · Uranjanje

Prskanje: ravnomjerno navlažite. Brisanje: koristite čistu vlažnu krpu.

Uranjanje: potpuno prekrijte prikladne male dijelove.

60 sekundi kontakta · Održavati vlažnim · Zatim obrisati

03 ISPITANA KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Metali	Nehrđajući čelik · srebro · pozlaćeno srebro
Brtve	Silikon · EPDM
Plastika	Polipropilen (PP) · PCR epruvete · akril/PMMA
Staklo	Laboratorijsko staklo

Rezultat: bez pukotina, zamućenja ili zamora materijala u uvjetima ispitivanja.

04 PRIPREMA I SIGURNOST

Zabilježite datum pripreme. Ne dolijevajte u staru otopinu.

Nakon 14 dana produljite kontakt prema procjeni eksperimentatora.

Radna otopina: biorazgradiva · netoksična · nekorozivna · bez otrovnih para.

Nosite zaštitne naočale i prikladne rukavice. Pridržavajte se STL-a.

PITANJA O PRIMJENI?

Više informacija i FAQ: www.dn-x.de