ISTRUZIONI PER L’USO

Guida rapida per il laboratorio

Una compressa. 250 ml di soluzione decontaminante fresca.

La soluzione azzurra rende visibili le superfici bagnate.

DOSAGGIO	SOLUZIONE	TEMPO DI CONTATTO
1 tablet / 250 ml	azzurro	60 s

01 PREPARAZIONE | Quattro semplici passaggi

01
Versare 250 ml di acqua distillata in un recipiente pulito.

02
Schiacciare delicatamente la compressa nel flowpack chiuso.

03
Aprire il flowpack e trasferire tutta la polvere nell’acqua.

04
Mescolare o agitare fino a completa dissoluzione.

02 APPLICAZIONE | Spruzzare · Pulire · Immergere

Spruzzare: bagnare uniformemente. Pulire: usare un panno pulito imbevuto.

Immergere: coprire completamente i piccoli componenti idonei.

60 secondi di contatto · Mantenere bagnato · Pulire dopo

03 COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI TESTATI

Metalli	Acciaio inox · argento · argento placcato oro
Guarnizioni	Silicone · EPDM
Plastiche	Polipropilene (PP) · provette PCR · acrilico/PMMA
Vetro	Vetro da laboratorio

Risultato: nessuna fessurazione, opacità o affaticamento dei materiali nei test.

04 PREPARAZIONE E SICUREZZA

Annotare la data di preparazione. Non rabboccare la soluzione vecchia.

Oltre 14 giorni prolungare il contatto a discrezione dello sperimentatore.

Soluzione d’uso: biodegradabile · non tossica · non corrosiva · senza vapori tossici.

Indossare occhiali protettivi e guanti idonei. Seguire la SDS.

DOMANDE SULL’USO?

Informazioni e FAQ: www.dn-x.de