KÄYTTÖOHJE

Pikaohje laboratorioon

Yksi tabletti. 250 ml tuoretta dekontaminaatioliuosta.

Vaaleansininen liuos näyttää kostutetut alueet selvästi.

ANNOSTUS	LIUOS	VAIKUTUSAIKA
1 tablet / 250 ml	vaaleansininen	60 s

01 VALMISTUS | Neljä helppoa vaihetta

01
Kaada 250 ml tislattua vettä puhtaaseen astiaan.

02
Murskaa tabletti varovasti suljetussa pakkauksessa.

03
Avaa pakkaus ja siirrä kaikki jauhe veteen.

04
Sekoita, kunnes jauhe on täysin liuennut.

02 KÄYTTÖ | Suihkuta · Pyyhi · Upota

Suihkuta: kostuta tasaisesti. Pyyhi: käytä puhdasta kostutettua liinaa.

Upota: peitä sopivat pienet osat kokonaan liuoksella.

60 sekunnin vaikutusaika · Pidä kosteana · Pyyhi lopuksi

03 TESTATTU MATERIAALIYHTEENSOPIVUUS

Metallit	Ruostumaton teräs · hopea · kullattu hopea
Tiivisteet	Silikoni · EPDM
Muovit	Polypropeeni (PP) · PCR-putket · akryyli/PMMA
Lasi	Laboratoriolasi

Tulos: ei jännityshalkeamia, samentumista tai materiaalin väsymistä testeissä.

04 VALMISTUS JA TURVALLISUUS

Merkitse valmistuspäivä. Älä lisää uutta vanhaan liuokseen.

Yli 14 päivän ikäisen liuoksen vaikutusaikaa pidennetään kokeen tekijän arvion mukaan.

Käyttöliuos: biohajoava · myrkytön · ei-syövyttävä · ei myrkyllisiä höyryjä.

Käytä suojalaseja ja sopivia käsineitä. Noudata käyttöturvallisuustiedotetta.

KYSYTTÄVÄÄ KÄYTÖSTÄ?

Lisätietoja ja UKK: www.dn-x.de